

Dom zdravlja Mionica
Kneza Grbovića 307
14242 Mionica

Broj: 1115/2016
Datum: 13/MAY 2016

POJAŠNJENJE U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE ZA JNMV 3/2016 SANITETSKI
I LABORATORIJSKI MATERIJAL

PARTIJA 1;

Pitanje ponudjača:

„Povodom postuka Javne nabavke male vrednosti br 3/2016, Javna nabavka
dobara: Sanitetski i laboratorijski materijal, a u vezi Partije 1- Laboratorisjki materijal, želimo
da postavimo sledeće pitanje:

1. Da li je zbog kompatibilnosti sistema za uzorkovanje krvi neophodno da stavke 1-8
(zaključno sa stavkom 8.) budu od istog proizvođača?“

Odgovor naručioca:

Da, neophodno je da navedene stavke budu od istog proizvođača.

S poštovanjem
Komisija za javne nabavke

