

Дом здравља Мионица
Кнеза Грбовић 307
14242 Мионица
Број: 319/2016.
Датум: 17 FEB 2016

Предмет: Питања и одговори везано за ЈНМВ 7/2016, Партија 5-
АУТОКЛАВ

Питање 1:

„Postovani,

у складу набавке ЈН 7/2016 ,partija 5 ааутоклав:

- да ли је могуће понудити аутоклав запремине 21L ?

Нвала ,,

Одговор 1:

Ми као наручилац, формирали смо своје захтеве према својим потребама, а у складу са расположивим финансијским средствима. Поштовали смо Закон о јавним набавкама, односно чињеницу да постоји конкуренција у случају постављања техничке карактеристике траженог апарата. Тражена техничка карактеристика апарата у погледу тежине је минимална тежина, дакле није тачно захтевано колико апарат треба да буде тежак. Нећемо бити у могућности да прихватимо понуду за апарат који није у складу са минимално наведеним техничким карактеристикама. Сматрамо да је овај захтев у складу са Законом и начелом обезбеђивања конкуренције, те остајемо при истом.

Комисија за јавне набавке.