

Дом здравља Мионица
Адреса: Кнеза Грбовића 307; 14242 Мионица

Број: 1316/2020
Датум: 03.06.2020. год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке бр. 1297/2020 од 02.06.2020 године, в.д. директор Дома здравља Мионица, доноси:

О Д Л У К У **о додели уговора**

Дом здравља Мионица, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 8/2020– Апарат за ласеротерапију, додељује понуђачу:

VIKOR doo ,Novi Beograd

Образложење

Наручилац је дана 21.05.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1201/2020, за јавну набавку Апарат за ласеротерапију

За наведену јавну набавку наручилац је дана 21.05.2020. године, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је 2 понуде.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 1297/2020 од 02.06.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке: Апарат за ласеротерапију
Редни број јавне набавке у плану набавки: 8/2020.
Процењена вредност јавне набавке је: 300.000,00

2. Основни подаци о понуђачима и понудама:

Назив/име понуђача	Број под којим је понуда заведена	Датум и час пријема понуде
VIKOR doo	1267/2020	29.05.2020 у 10:20ч
PROXIMA doo	1274/2020	01.06.2020 у 10:30ч

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

-Понуда понуђача PROXIMA doo, заведена под бројем 1274/2020 од 01.06.2020.год. понуђена цена 138.000,00 рсд је неприхватљива. Понуда је неодговарајућа јер не испуњава техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом, јер је у оквиру стандардне опреме захтевана сонда од 100Mw са таласном дужином од 905 nm, док сонда понуђена од стране понуђача PROXIMA doo има таласну дужину од 785 nm.

Осим наведеног сонде понуђене од стране понуђача PROXIMA doo такође се разликују по јачини и таласној дужини од сонди које су захтеване конкурсном документацијом.

Чланом 70. став 1. ЗЈН прописано је да техничке спецификације и пројектна документација, у смислу овог закона, представљају технике захтеве који су обавезни и саставни део конкурсне документације у којима су предвиђене описане карактеристике добара услуга или радова.

Чланом 106. ЗЈН прописано је : „наручилац ће одбити понуду ако:

- 1) Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) Понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- 3) Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- 4) Да је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 5) Понуда садржи друге недостатке због којих нијем огуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Комисија је предложила в д директору Дома здравља Мионица , да сходно одредбама члана 107.став1. ЗЈН, донесе Одлуку којом се понуда понуђача PROXIMA doo, одбија као неприхватљива.

-Понуда понуђача VIKOR doo, заведена под бројем 1267/2020 од 29.05.2020.год. понуђена цена 284.000,00 рсд, је прихватљива.

Чланом 107.став 3. ЗЈН, прописано је да наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

3.Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена

Ранг листа понуђача:

1. VIKOR doo, из Београда, понуђена цена 284.000,00

Комисија је предложила вд директору Дома здравља Мионица, да сходно одредбама члана 107 став 3. и члана 108. ЗЈН да донесе Олуку којом се уговор о јавној набавци додељује понуђачу VIKOR doo.

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 284.000,00
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 340.800,00

Вд директор Дома здравља Мионица је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Вд Директор Дома здравља

Мионица

The image shows a circular official stamp of the Mionica Health Home. The stamp contains the text 'DOMA ZDRAVLJA MIONICA' and 'IZ OBLASTI ZDRAVLJA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Anita H.'. A horizontal line is drawn across the signature.

Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију